

CİHAZ ADI	SOĞUK DEKOMPRESYON SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
TEKLİF DOSYASINDA İSTENEN BELGELER	TİTUBB Kapsamı' nda Olan Ürün/ Ürünler için: - İstekliye veya yetki aldığı firmaya ait TSE'nin "Hizmet Yeterlilik Belgesi" ve/veya T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın "Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi" - TİTUBB Ürün Onay Belgesi: İsteklinin teklif ettiği ürün/ürünler T.C. Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği 93/42/EEC MDD, 90/385/EEC AIMDD ve 98/79/EC IVDD kapsamında ise - Firma / Bayi Kodu Belgesi - İstekli, satışını teklif ettiği cihaz/ürün/sistemin teknik özelliklerini, çalışma ortam koşullarını, standart ve opsiyonel (isteğe bağlı) aksesuar listesini, tüm dış görünümünü net olarak gösteren ve tam boy resmini de içeren orjinal tanıtım broşürünü veya orjinal kitap/kitapçığını Noter onaylı Türkçe tercümesi ile birlikte teklif dosyasına eklemek zorundadır. (İstenmişse) TİTUBB Kapsamı' nda Olmayan Ürün/ Ürünler için: - İstekliye veya yetki aldığı firmaya ait TSE'nin "Hizmet Yeterlilik Belgesi" ve/veya T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın "Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi" (İstenmişse) - Üretici Firma ISO Belgesi - Ürüne ait CE veya FDA veya TSE Belgesi - İstekli, satışını teklif ettiği cihaz/ürün/sistemin teknik özelliklerini, çalışma ortam koşullarını, standart ve opsiyonel (isteğe bağlı) aksesuar listesini, tüm dış görünümünü net olarak gösteren ve tam boy resmini de içeren orjinal tanıtım broşürünü veya orjinal kitap/kitapçığını Noter onaylı Türkçe tercümesi ile birlikte teklif dosyasına eklemek zorundadır.(İstenmişse)
TIBBİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER	- Soğutucu haznenin kapağını açmak için düğmesi bulunmalıdır. - Bu hazne içerisindeki buz ve su çizelgesi bulunmalıdır. - Cihazın üzerinde açma kapama butonu olmalıdır. - Gelen ekran üzerinde bütün veriler ve modlar görülebilmelidir. - Bu modlar cihazın üzerindeki + ve – tuşlar yardımıyla ayarlama yapılabilirdir. - Sistemde 9 adet mod bulunmalıdır. - Sistemde 3 adet basınç modu olmalıdır. a-LOW b-MİD c-HİGH - Sistem üzerinde başlatma durdurma butonu olmalıdır. - Sistem şu rahatsızlıklar için kullanmaya uygun olmalıdır: a-Postoperatif bakım, ödem, şişlik, ağrı azaltmak ve akut yaralanma için kullanılmaktadır. - Sistem : a-SOĞUTUCU ANA ÜNİTE. b-BAĞLAMA HORTUMU. c-GÜÇ ADAPTÖRÜ. d-TAŞIMA ÇANTASI. e-TAŞINABİLİR BATARYA . f-AYAK APARATI , DİZ APARATI, FULL DİZ APARATI , BALDIR APARATI, FULL BACAK APARATI, BEL APARATI ,OMUZ APARATI VE ÜNİVERSEL APARATTAN OLUŞMALIDIR. - AC Güç: 220V 50/60 Hz DC Çıkış: 12V/2A olmalıdır. - Basınç Aralığı: 60-120 mmHg olmalıdır. - Sıcaklık Aralığı: 0°C-25°C olmalıdır ve bunu ekran üzerinde görülmelidir. - Gürültü: 50 desibel altında olmalıdır.

ONAY (Kaşe/İmza)	ONAY (Kaşe/İmza)	ONAY (Kaşe/İmza)

TEKNİK ŞARTNAME

Doküman Kodu: DK.YD.05

Yayın Tarihi: 06.01.2020

Revizyon No:00

Revizyon Tarihi:-

Sayfa 2 / 2

- 14.**Cihazın ağırlık: 1,78 Kg (Boş) Tank Kapasitesi: Maksimum 3,6lt olmalıdır.
15.Sistem üretim hatalarına karşı 2 yıl süreyle garantili olmalıdır.

KABUL ve MUAYENE

1. Demo veya kullanılmış cihaz kesinlikle kabul edilmeyecektir. Kabul ve muayenede şartnamede istenilen ve teklifte belirtilen tüm özelliklerin uygunluğu kontrol edilecektir. Ayrıca yedek parça, aksesuar ve sarf malzemelerinin orjinal olduğunun kontrolü(katalogdan) ve sayımı yapılacaktır.
2. İmalatı sürdürülen, en yüksek kalitede sistemler teklif edilecektir. Yüklenici firmalar, İdare'nin teknik şartnamelerinde yer alan teknik şartlara uygun en yüksek kalitedeki sistemlerini teklif edeceklerdir. İmalattan kaldırılan veya eski tekniklerle imal edilmiş sistemler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
3. Kabul ve muayene sırasında firmalardan cihazın teknik özellikleri ve performansına ilişkin testlerin yapılması istenildiğinde gerekli personel ve test cihazı, servis manüeli düzeneğini ücretsiz olarak sağlayacaktır. Kabul ve muayenede oluşabilecek kaza ve hasarlardan satıcı firma sorumludur.
4. Hastane idaresi şartname maddelerinin kontrolü, test, ölçüm, analiz işlemleri için bağımsız bir kuruluştan rapor, sertifika alabilir ve değerlendirme yaptıracaktır.

ONAY
(Kaşe/İmza)

ONAY
(Kaşe/İmza)

ONAY
(Kaşe/İmza)