

CİHAZ ADI

MANYETİK İNKONTİNANS TEDAVİ KOLTUĞU TEKNİK ŞARTNAMESİ

**TEKLİF
DOSYASINDA
İSTENEN
BELGELER**

TİTUBB Kapsamı' nda Olan Ürün/ Ürünler için:

1. İstekliye veya yetki aldığı firmaya ait TSE'nin "Hizmet Yeterlilik Belgesi" ve/veya T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın "Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi"
2. TİTUBB Ürün Onay Belgesi: İsteklinin teklif ettiği ürün/ürünler T.C. Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği 93/42/EEC MDD, 90/385/EEC AIMDD ve 98/79/EC IVDD kapsamında ise
3. Firma / Bayi Kodu Belgesi
4. İstekli, satışını teklif ettiği cihaz/ürün/sistemin teknik özelliklerini, çalışma ortam koşullarını, standart ve opsiyonel (isteğe bağlı) aksesuar listesini, tüm dış görünümünü net olarak gösteren ve tam boy resmini de içeren orjinal tanıtım broşürünü veya orjinal kitap/kitapçığını Noter onaylı Türkçe tercümesi ile birlikte teklif dosyasına eklemek zorundadır. (İstenmişse)

TİTUBB Kapsamı' nda Olmayan Ürün/ Ürünler için:

1. İstekliye veya yetki aldığı firmaya ait TSE'nin "Hizmet Yeterlilik Belgesi" ve/veya T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın "Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi" (İstenmişse)
2. Üretici Firma ISO Belgesi
3. Ürüne ait CE veya FDA veya TSE Belgesi
4. İstekli, satışını teklif ettiği cihaz/ürün/sistemin teknik özelliklerini, çalışma ortam koşullarını, standart ve opsiyonel (isteğe bağlı) aksesuar listesini, tüm dış görünümünü net olarak gösteren ve tam boy resmini de içeren orjinal tanıtım broşürünü veya orjinal kitap/kitapçığını Noter onaylı Türkçe tercümesi ile birlikte teklif dosyasına eklemek zorundadır.(İstenmişse)

**TIBBİ VE
TEKNİK
ÖZELLİKLER**

- 1.Cihaz; 220 (±) %10 (iki yüz yirmi artı eksi yüzde on) V, 50 (±) % 3 (elli artı eksi yüzde üç) Hz. şebeke gerilimiyle çalışacaktır.
- 2.Cihaz pelvik ağrı sendromu, kadın stres ve idrar tutamama tedavilerinde kullanılacaktır.
- 3.Cihaz manyetik güç dalga üretici ile darbeli manyetik alan uygulayarak hasta giyinik ve oturur pozisyonda tedavi edebilecektir.
- 4.Cihaz koltuk modelinde olup kol kısmında kumanda ünitesi olacaktır.
- 5.Cihazın kumanda ünitesinde dokunmatik tuş takımı ve LCD ekran olacaktır.
- 6.Cihazın kumanda ünitesinin üstündeki LCD ekrandan en az tedavi süresi, frekansı ve güç seviyesi görülecektir.
- 7.Cihaz düşük (low) ve yüksek (high) frekans modlarında manyetik alan tedavisi yapacaktır.
- 8.Cihaz otomatik moda, düşük (low) frekans tamamladıktan sonra yüksek (high) frekans otomatik geçmelidir.
- 9.Cihaz fırakansı manuel moda 1 Hz ile 60 Hz arası istenilen değerde ayarlanabilmelidir.
- 10.Cihazın güç seviyesi en az % 30 -100 (yüzde otuz tire yüz) aralığında ayarlanabilir olacaktır.
- 11.Cihazın tedavi süresi en az 5 - 30 (beş tire otuz) dakika aralığında ayarlanabilir olacaktır.
- 12.Cihazın tedavi süresi bittiğinde cihaz otomatik olarak tedaviyi sonlandıracaktır.
- 13.Cihazın koltuk bölümünün oturma genişliği en az 40 (kırk) cm olacaktır.
- 14.Cihazın koltuk bölümünün oturma derinliği en az 40 (kırk) cm olacaktır.
- 15.Cihazın koltuk bölümünün sırt yüksekliği en az 60 (altmış) cm olacaktır.
- 16.Cihazın hareket kabiliyeti için en az 6 (altı) adet tekerleklere sahip olacak ve bunlardan en az 4

**ONAY
(Kaşe/İmza)**

**ONAY
(Kaşe/İmza)**

**ONAY
(Kaşe/İmza)**

(dört) adedinde fren (kilitleme) sistemi bulunacaktır.

17.Cihazın koltuk bölümün dış yüzey kaplaması vindeks veya deri olacaktır.

TEKNİK SERVİS GARANTİ VE YEDEK PARÇA

1.Cihaz 2 yıl süre ile garantili olacak ve garanti süresince bakım-onarım ve yedek parçalara hiçbir ücret talep edilmeyecektir. Arıza bildiriminden sonra 48 saat içinde cihaza müdahale edilecek ve en fazla 2 gün içinde bütün fonksiyonları ile çalıştırılacaktır. Arızalı geçen zaman garanti süresinden sayılmayacak ve arıza 72 saati geçtiği takdirde cezai müeyyide uygulanacaktır.

2.Üretici firma garanti bitiminden sonra 10 yıl süre ile ücreti karşılığında yedek parça ve servis sağlamayı taahhüt edecektir.

KONTROL VE MUAYENE :

1.Cihazların kabul ve muayeneleri idarece belirlenecek komisyon tarafından yapılacaktır. Kontrol ve muayene şartnamede istenilen ve teklif de belirtilen özelliklerin uygunluğu araştırılacak ayrıca yedek parça, aksesuar ve sarf malzemelerinin kontrol ve sayımı yapılacaktır.

2.Cihaz teslimatı, sözleşme imzalandıktan en geç 30 gün içerisinde yapılacaktır.

MONTAJ

1.Firmalar cihazları idarece belirtecekleri yere ücretsiz olarak malzeme ve aksesuarlarıyla birlikte çalışır durumda teslim edeceklerdir. Montaj için gerekli tüm malzeme ve firmalar tarafından karşılanacaktır.

EĞİTİM

1.İhaleyi alan firma cihazın kullanım bakım ve olası arızaların giderilmesi ile kalibrasyona ilişkin eğitilmiş kendi personeli tarafından idarenin belirleyeceği doktor ve teknisyenlere eğitimler verilecektir.

•

**KABUL ve
MUAYENE**

1. Demo veya kullanılmış cihaz kesinlikle kabul edilmeyecektir. Kabul ve muayenede şartnamede istenilen ve teklifte belirtilen tüm özelliklerin uygunluğu kontrol edilecektir. Ayrıca yedek parça, aksesuar ve sarf malzemelerinin orjinal olduğunun kontrolü(katalogdan) ve sayımı yapılacaktır.

2. İmalatı sürdürülen, en yüksek kalitede sistemler teklif edilecektir. Yüklenici firmalar, İdare'nin teknik şartnamelerinde yer alan teknik şartlara uygun en yüksek kalitedeki sistemlerini teklif edeceklerdir. İmalattan kaldırılan veya eski tekniklerle imal edilmiş sistemler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

3. Kabul ve muayene sırasında firmalardan cihazın teknik özellikleri ve performansına ilişkin testlerin yapılması istenildiğinde gerekli personel ve test cihazı, servis manüeli düzeneğini ücretsiz olarak sağlayacaktır. Kabul ve muayenede oluşabilecek kaza ve hasarlardan satıcı firma sorumludur.

4. Hastane idaresi şartname maddelerinin kontrolü, test, ölçüm, analiz işlemleri için bağımsız bir kuruluştan rapor, sertifika alabilir ve değerlendirme yaptıracaktır.

**ONAY
(Kaşe/İmza)**

**ONAY
(Kaşe/İmza)**

**ONAY
(Kaşe/İmza)**